

POOLTREND

VÍZELEMZŐ

ANALIZOR DE APĂ TABLETĂ

POOLTREND

POOLTREND

# VÍZELEMZŐ

tablettás

Analizor de apă tabletă



Származási ország: Kína  
 Importálja és forgalmazza:  
 Aqualing Kft.  
 H-1117 Budapest  
 Hunyadi János út 4.  
 Tel: + 36 1 206-5600  
 Fax: + 36 1 371-1515  
 Minőségét megőrzi: 31. 12. 2028.

Importator si distribuitor:  
 se Pontaquia Piscine S.R.L.  
 410583 Oradea,  
 str. Nufarului nr. 11 bl. D 138,  
 parter  
 www.aqualing.ro

VEL 111



HU  
 Használati utasítás pH és klór Tablettás  
 vízelemzőhöz

1. Vegye le a kupakokat és öblítse ki a vizsgáló medencevízzel a vízelemzőt.
2. Töltse meg mindkét mérőrészt a tetején lévő jelig a vizsgáló medencevízzel, ezt úgy végezze, hogy merítse bele az elemzőt 20-30 cm-el a vízfelszín alá és onnan emelje ki felelé.
3. Óvatosan tépje szét a tablettá fólíá csomagolását és tegyen 1 db Phenol red tablettát a bal oldali cellába, úgy hogy az ujjával ne érjen a tablettához.
4. Óvatosan tépje szét a tablettá fólíá csomagolását és tegyen 1 db DPD1 tablettát a jobb oldali cellába, úgy hogy az ujjával ne érjen a tablettához.
5. Helyezze vissza a vízelemző cellák fedeleit.
6. A tabletták gyorsan oldódnak, fordítsa meg párszor és rázza össze alaposan a folyadékot, ameddig a tablettá fel nem oldódik.
7. Tartsa a színskálát a természetes nappali fény irányában. Válassza ki a színskáláról azt a színt amely a legközelebb áll az elszínezett mintaoldathoz és olvassa le az értéket.
8. A baloldali érték a pH érték.
9. A jobb oldali érték a szabad klór koncentrációja mg/l értékben.

## Fontos:

- Sose érintse meg a tablettákat szabad kézzel, mert módosulhat a mérési eredmény.
- A mérési eredmény leolvasása a tabletták feloldódását követően azonnal történjen meg.
- A vízelemzőt és a fedelét minden használatot követően azonnal mossa el (ne a medencevízzel).
- 10 mg/l értéket meghaladó szabad klórtartalom kifakíthatja a színskálát.
- A 6,8 alatti pH érték esetén a színskála sárgává színeződik.
- A pH 8,2 fölött pedig pirossá színeződik.

## Figyelem:

A reagens tablettákat kizárólag vízelemzésre használja, ettől eltérő használat nem engedélyezett.

Felügyelet nélkül gyerek kezébe nem kerülhet.



RO  
 Analizator de apă pentru pH și clor cu tablete  
 - VEL 111

Analizator de apă pentru pH și clor cu tablete

1. Clătiți eprubeta cu apă din piscină
2. Umpleți eprubeta (ambele coloane) cu apă din piscină până la liniuta superioară prin scufundarea eprubetei la 20-30 cm sub nivelul apei
3. Desfaceți ambalajul cu grijă, puneti o tableta PhenolRed in eprubeta stanga fara sa atingeti tableta.
4. Desfaceți ambalajul cu grijă, puneti o tableta DPD1 in eprubeta dreapta fara sa atingeti tableta.
5. Reasezati capacul eprubetelor
6. Tabletele se dizolva repede, agitati eprubeta pana ce tabletele se dizolva complet
7. Tineti analizatorul in dreptul luminii naturale si cititi rezultatul comparand culoarea apei din eprubeta cu scala de culori
8. Valoarea obtinuta in partea stanga este valoarea pH-ului
9. Valoarea obtinuta in partea dreapta este valoarea clorului liber in exprimata in mg/l

## Important:

- Nu atingeti niciodata tabletele cu mana libera deoarece poate modifica valorile masurate
- Citirea rezultatelor se face imediat dupa dizolvarea tabletelor in eprubeta
- Eprubeta si capacul acestora se va curata imediat dupa utilizare (dar nu cu apa din piscina).
- La o valoare a clorului liber de peste 10 mg/l poate decolora scala de culori
- La un nivel al pH-ului sub 6.8 apa se va colora in galben
- La un nivel al pH-ului peste 8.2 apa se va colora in rosu

## Atentie:

Tabletele se folosesc doar pentru analiza apei, nu utilizati tabletele in alt scop! Nu lasati la indemna copiii!